



Dammeyer+Selzer

Medizintechnik und Ärztebedarf aus Mannheim

Serviceliste 2019

Mess- und Sicherheitstechnische Kontrollen

Prüfungszeitraum

STK Defibrillator, Reizstromgerät	1 Jahr
STK AED-Defibrillator	2 Jahre nach neuem MPG
STK medizinische Geräte (z.B. EKG, Spirometer)	lt. Herstellerangaben oder 1 – 2 Jahre
DGUV V3 nichtmedizinische Geräte (z.B. Labor, Büro)	2 Jahre
STK Infusomat	2 Jahre
STK Perfusor	2 Jahre
MTK+STK Monitor	1 oder 2 Jahre
MTK Ergometer	2 Jahre
MTK Blutdruckmesser manuelle Geräte	2 Jahre
MTK Blutdruckmesser elektronisch mit Protokoll	2 Jahre
MTK LZ - Blutdruckmessgerät	2 Jahre
Spirometer/Kalibrierung	2 Jahre

Leihgeräte

Zeitraum

EKG	über die komplette Dauer der Reparatur
Autoklav	
Zentrifuge	
Mikroskop	
Foliensiegelgerät	

Sauerstoff

Prüfungszeitraum

Wartung Sauerstoff-Druckminderer	4 Jahre
Füllung von Sauerstoffflaschen	Datum lt. Aufkleber

Dammeyer+Selzer
 Mallastraße 55
 68219 Mannheim
 Telefon: (0621) 87 48 27
 Telefax: (0621) 87 46 61
 www.dammeyer-selzer.de
 info@dammeyer-selzer.de

Bitte vereinbaren Sie einen Prüfungstermin mit uns.

Fix geht's per Fax : 0621 – 87 46 61

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
 Eingetragen beim Amtsgericht MA
 Handelsregister Nr. HRA 3225
 Inhaber: Thomas Bruckmeir e.K.

UST-ID: DE814602591
 Gerichtsstand ist Mannheim
 Gläubiger-ID:
 DE57ZZZ00000262007

Datum/ Unterschrift

Praxisstempel